診断キットスターターセット

Detection Kit Starter Set

取扱説明書

version 6.0.0

製品コード

NE0051

ニッポン・ジーン

診断キットスターターセット
取扱説明書 version 6.0.0

【はじめにお読みください】

　このたびは、**診断キットスターターセット**をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しい方法でキットを使用してください。

使用上の注意

1. 本キットは、フィルター付マイクロチップ、チューブラック、フロートプレートを含む遺伝子診断補助キットです。医療行為および臨床診断等の目的では使用できません。

2. 本キットを使用する際は、この取扱説明書の記載内容に従ってください。記載内容と異なる使用方法および使用目的により発生するトラブルに関しましては、株式会社ニッポンジーンでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

3. **診断キットスターターセット**は、株式会社富士通システムズ・イーストが運営する、e Genome Order（**イーゲノムオーダー**）より販売しています。ご購入に関しては、株式会社富士通システムズ・イーストまでお問い合わせください。
   株式会社富士通システムズ・イースト
   e Genome Order（**イーゲノムオーダー**）； http://genome.e-mp.jp/

【キット内容】

パーツ名	仕様	内容量	保管温度
取扱説明書	−	1 部	室温
フィルター付マイクロチップ	P30 用	1 箱（96 本）	室温
フィルター付マイクロチップ	P200 用	1 箱（96 本）	室温
フィルター付マイクロチップ	P1000 用	1 箱（96 本）	室温
チューブラック	−	1 個（30 穴）	室温
フロートプレート	−	1 枚	室温

フロートプレートの使用方法

1.5 ml ～ 2.0 ml チューブを抜き穴に差し込んで使用します。
フロートプレート には十字の切り込みが入っていますので、0.2 ml チューブを立てて固定することもできます（下図参照）。 また、切り込みに深く差し込むことにより、フロートとしての使用が可能です。



フィルター付マイクロチップの使用上の注意

チップを交換せずに連続分注などの操作を行うと試薬に核酸が混入する可能性がありますので、必ず 1 回ごとに使い捨てとして使用してください。

ニッポン・ジーン

- 記載内容や製品仕様、価格に関しては予告なく変更する場合があります。
- 本取扱説明書の記載内容は 2015 年 5 月現在のものです。最新の取扱説明書は株式会社ニッポンジーンホームページからダウンロードしてください。
- 「ニッポンジーン」および「NIPPON GENE」は、株式会社ニッポンジーンの日本における登録商標です。
- その他、製品名等の固有名詞は各社の商標あるいは登録商標です。
- 記載内容および写真の複製、転載を禁止します。

本キットに関するお問い合わせ先	
株式会社ニッポンジーン	
TEL	076-451-6548
FAX	076-451-6547
E-mail	support@nippongene-analysis.com
URL	http://nippongene-analysis.com

ご購入に関するお問い合わせ先	
株式会社富士通システムズ・イースト	
TEL	03-6712-3885
FAX	03-6712-3886
E-mail	feast-egenome@cs.jp.fujitsu.com
URL	http://genome.e-mp.jp

Copyright © 2015 NIPPON GENE CO., LTD. All Rights Reserved.